

菏泽市牡丹人民医院彩超和内窥镜动力系统采购项目

招 标 文 件

项目编号：SDGP371702000202502000020

(HZSMDCGH2025-007)



招 标 人：菏泽市牡丹人民医院

代理机构：嘉诚建设管理有限公司

时 间：二〇二五年三月

目 录

第一章 招标公告 1

第二章 投标人须知 4

第三章 评标办法 17

第四章 合同条款及格式 22

第五章 招标内容和参数要求 26

第六章 投标文件格式 33

第一章 招标公告

菏泽市牡丹人民医院彩超和内窥镜动力系统采购项目的潜在投标人应在中国山东政府采购网、全国公共资源交易平台（山东省菏泽市）、牡丹区人民政府网获取招标文件，并于 2025 年 4 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1. 项目编号：SDGP371702000202502000020 (HZSMDCGH2025-007)
- 2. 项目名称：菏泽市牡丹人民医院彩超和内窥镜动力系统采购项目
- 3. 预算金额：1040000.00 元
- 4. 采购需求

标包	招标内容	最高限价（元）
A 标包	彩超（麻醉专用 B 超）	490000.00
B 标包	内窥镜动力系统	550000.00

备注：本项目兼投不兼中。按照标包的顺序获得一个标包的中标资格，投标人获得 A 标包中标资格后，B 标包只参与评标，不参与排名。

- 5. 合同履行期限：A、B 标包均为签订合同后 30 日历天供货安装调试完毕
- 6. 本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件。
- 3. 本项目的特定资格要求：
 - （1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具备承接本项目的相应能力，具有有效的营业执照。
 - （2）投标人若为生产厂家的须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；投标人若为代理商的须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。
 - （3）所投产品隶属医疗器械管理的设备须提供《医疗器械注册证》（如有附表，须提供附表）或医疗器械备案凭证。（注：不属于医疗器械管理的，请提供其他相关证明。）

(4) 在信用中国网站及中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次投标活动。

(5) 不接受联合体投标。

(6) 资格审查方式：资格后审。

三、获取招标文件：

1. 时间：开标时间前均可下载电子招标文件；

2. 地点：全国公共资源交易平台（山东省菏泽市）<http://hzszyzx.cn/>；

3. 方式：①**投标人须登录中国山东政府采购网登记注册**，未在中国山东政府采购网注册的投标人不具备参与本项目的投标资格。②投标人必须登录全国公共资源交易平台（山东省菏泽市）注册账号，在本公告下方下载电子招标文件，否则无法制作电子加密版投标文件，技术支持：0530-5319003。③招标公告未尽事宜详见招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1. 提交投标文件时间：加密的电子投标文件 2025 年 4 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）前均可系统提交。

2. 开标时间：2025 年 4 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）

3. 地点：①本项目实行远程不见面开标，投标人无需到达现场参加开标活动；②投标人应该按照招标文件要求编制投标文件，并在开标前登录“全国公共资源交易平台（山东省菏泽市）”在线准时参加开标活动并进行投标文件解密，解密时间：2025 年 4 月 10 日 09 时 00 分-2025 年 4 月 10 日 09 时 30 分。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 招标人信息

名称：菏泽市牡丹人民医院

地址：菏泽市康庄路 2111 号

联系方式：龚超、18853028721

2. 招标代理机构信息

名称：嘉诚建设管理有限公司

地址：菏泽市鲁西新区万象广场 3 号楼 5 楼东

联系方式：李芬芬、18054488199

3. 项目联系方式

项目联系人：李芬芬

联系方式：18054488199

2025 年 03 月 20 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.	招标人	招标人：菏泽市牡丹人民医院 地址：菏泽市康庄路 2111 号 联系人及联系方式：龚超 18853028721
2.	招标代理机构	招标代理机构：嘉诚建设管理有限公司 地址：菏泽市鲁西新区万象广场 3 号楼 5 楼东 联系人及联系方式：李芬芬 18054488199
3.	项目名称	菏泽市牡丹人民医院彩超和内窥镜动力系统采购项目
4.	供货地点	菏泽市牡丹人民医院
5.	资金来源	自筹资金
6.	资金落实情况	已落实
7.	招标范围	具体详见招标文件。
8.	供货周期	A、B 标包均为 30 日历天供货安装调试完毕
9.	质量要求	满足国家相关标准及招标人要求
10.	投标人资格要求	详见招标公告投标人资格要求
11.	踏勘现场	不组织（投标人可自行勘察现场）
12.	投标预备会	不召开
13.	是否接受联合体投标	不接受联合体投标。
14.	分包	不接受
15.	构成招标文件的其他材料	招标公告、招标文件答疑、补充资料、通知、有关情况说明
16.	投标人确认收到招标文件澄清的时间	<u>收到该澄清后 48 小时内</u>
17.	投标人确认收到招标文件	<u>收到该修改后 48 小时内</u>

	件修改的时间	
18.	投标截止时间	2025 年 4 月 10 日 09 时 00 分
19.	构成投标文件的其他材料	投标文件的修改文件、澄清文件及有关问题的说明
20.	投标有效期	90 日历天
21.	招标控制价	A 标包：肆拾玖万元整（490000.00 元） B 标包：伍拾伍万元整（550000.00 元） 投标人的投标报价不得超出招标文件规定的招标控制价，否则视为无效投标。
22.	招标代理费	A 标包 7350 元，B 标包 8250 元，由中标人在领取中标通知书前交付招标代理机构。
23.	履约保证金	无
24.	是否允许递交备选投标方案	不允许
25.	签字和盖章要求	投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）和盖单位公章。
26.	投标文件份数	电子标书：共计 1 份，加密文件 1 份（格式为 FWTB 或 HWTB），需在递交截止时间前在电子招投标交易平台上传。
27.	递交投标文件地点	地点：全国公共资源交易平台（山东省、菏泽市）递交。 递交说明及注意事项： （1）本项目实行网上不见面开标，投标人无需现场递交投标文件，只需要将加密的电子投标文件（文件格式为 FWTB 或 HWTB），在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（山东省、菏泽市）上传。请各投标人务必再次确认所上传的加密电子投标文件，是否能正常参与开评标活动，若由此造成的一切后果均由各投标人承担。 （2）请各投标人在投标截止时间后 30 分钟内自行进行解密，未在规定时间内解密的视为投标文件无效（加密和解密必须使用同一把数字证书）。

		(3) 各投标人必须保证投标文件中资格要求及其他相关资料及企业荣誉相关资料的真实性，后期招标人将对投标人的以上资料进行核查，若发现有弄虚作假情况招标人有权取消其中标资格。
28.	是否退还投标文件	不退还
29.	开标时间和地点	开标时间：2025 年 4 月 10 日 09 时 00 分 开标地点：菏泽市公共资源交易中心(不见面开标大厅)(菏泽市中华东路 426 号)。
30.	评标委员会的组建	评标专家确定方式：5 人，由招标人依法组建。
31.	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐三名中标候选人。
32.	付款方式	安装调试完成并验收合格后付合同金额的 30%，一年后付合同金额的 60%，两年后付合同金额的 10%。
33.	质保期	A、B 标包均为：自验收合格之日起一年。
34.	本项目采购标的	所属行业：工业。
35.	信用评价	1、投标人须在项目开标前，进入政府采购监督信用系统 https://jdpj.hzcz.heze.gov.cn:4443/ 完成账号注册（已有账号的无需重复注册），登录系统截取当前的信用星级和分数，作为投标人信用情况的参考。 2、在项目评标结束后，投标人需登录菏泽政采信用管理系统，对本次项目的各阶段参与主体完成信用评价并于系统内提交评价结果”。
36.	投标人代表出席开标会	本项目实行网上远程开标，投标人无需到达开标现场，可自行选择任意地点登录全国公共资源交易平台（山东省、菏泽市）参加开标。
37.	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

38.	重新招标的其他情形	除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标人，在投标有效期内少于三个投标人，招标人应当依法重新招标。
39.	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
40.	电子招投标须知	1. 招标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知内容为准。 2. 本次招标为电子招投标，投标人应通过全国公共资源交易平台（山东省菏泽市）上传经 CA 加密的电子投标文件。 3. 电子开标过程出现故障时，按相关部门的规定处理供应商在使用电子招投标平台时，如遇交易系统软件操作技术问题，请联系技术支持：13220566603、0530-5319003。
41.	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目供货地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划供货周期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的供货周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目资格条件、能力。

(1) 资格条件：见投标人须知前附表；

(2) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效；

(3) 为本项目提供招标代理服务的；

(4) 被责令停业的；

(5) 被暂停或取消投标资格的；

(6) 财产被接管或冻结的；

(7) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 本项目不接受联合体投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不统一组织勘察现场，投标人自行勘察。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包

不接受。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 技术标准和参数要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.2 和 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应

及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式加盖公章送达招标代理机构并发送邮件，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前发布在公告发布的网站上，但不指明澄清问题的来源。如果修改招标文件内容影响投标文件编制的应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并发布在公告发布的网站上。如果修改招标文件内容影响投标文件编制的应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

- 一、报价部分
- 二、资格审查资料
- 三、投标人实力情况
- 四、商务条款偏离表
- 五、技术方案
- 六、符合政府采购政策的证明材料
- 七、投标人认为需要提交的其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 本项目为交钥匙工程；投标人的报价包括完成本项目招标文件中所提出的工作范围及要求的全部内容。总报价包括安装实施、全部设备、专用工具的供应、运输、人工、机械、包装保管、装卸（含出厂装车、卸车、再次搬运等）、原有设施拆除、技术文件、安装、调试、材料安装、各项措施、维护及保养、培训、保修、售后服务、保险费、管理费、利润税金、并达到招标人验收标准的所有费用，任何错报、漏报由投标人自行负责。

3.2.2 投标报价的范围，为含税全包价。

3.2.3 投标报价采用的币种为人民币。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投

标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 资格审查资料：

3.4.1 在投标文件资格性审查部分应提供的所需资格证件。

3.5 备选投标方案

3.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供货周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标人应编制投标文件目录、内容，标注连续页码。

3.6.3 本项目采用电子投标文件，须使用用于证明投标人身份的单位电子签名的企业 CA 证书和用于投标人编制电子投标文件的投标文件制作软件。申请办理实名企业 CA 证书的方式详见“菏泽市公共资源交易网”服务流程—数字证书办理须知。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期未上传投标文件的或者解密失败的投标单位不具备参与本项目的资格。

4.1.5 提交投标文件截止时间后，投标人使用企业 CA 证书在提交投标文件截止地点进行解密。

若投标人实名认证证书（CA 锁）即将到期或已过期，请确保在提交投标文件截止时实名认证证书（CA 锁）在有效期内，投标人实名认证证书（CA 锁）在续期后务必在提交投标文件截止前重新制作和上传电子投标文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

注：超过投标文件截止时间，将拒收投标文件；到投标文件截止时间，本项目招标

人或招标代理机构收到的投标文件少于 3 家，招标人将对本项目依法重新组织招标。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可随时撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。

4.3.2 重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制。在递交投标文件截止时间后，不能修改或撤回投标文件。

4.3.3 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

本项目实行不见面开标，投标人无需到现场参加本项目的报价，投标人必须自备电脑、CA，准时登录电子交易平台在线参加开标。在投标文件递交截止时间前，各投标人即可插入 CA 锁，使各自的电子投标文件处于待解密状态。解密时间为 30 分钟，若投标人在规定解密时间内未完成电子标解密操作或未能解密的，视为放弃该项目投标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布招标人、监督单位、代理机构等有关单位；
- (3) 投标人在规定时间内进行解密；
- (4) 公布投标人名称、投标报价等内容；
- (5) 进入资格后审及评审阶段；
- (6) 开标会议结束。

5.3 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.4 各投标人须将投标资格证件的原件扫描件附在电子投标文件中，自觉接受招标人和招标代理机构的审查，发现投标人存在弄虚作假行为或以下证件有一项或多项未提供或资格审查不合格的，将对其投标做无效标处理：

- (1) 带有统一社会信用代码营业执照副本。
- (2) 投标人若为生产厂家的须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；投标人若为代理商的须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。
- (3) 所投产品隶属医疗器械管理的设备须提供《医疗器械注册证》（如有附表，须

提供附表)或医疗器械备案凭证。(注:不属于医疗器械管理的,请提供其他相关证明。)

(4) 法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证。

(5) 未被列入信用中国重大税收违法失信主体、失信被执行人,中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图。

以上资料有一项或多项不合格,按无效标处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属;

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员;

(3) 与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会按综合得分由高到低推荐前三名作为中标候选人。评审得分相同的,按投标报价由低到高的顺序排列,得分且投标报价相同的,按技术部分得分由高到低排列;投标报价技术部分得分再相同时,采取随机抽取的方式确定。

7.2 中标通知

在本章规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果公布在相应的网站上。

7.3 签订合同

招标人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起 10 日内,根据招标文件和中标

投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标投标人还应当予以赔偿。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个，招标人将重新招标；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

.....

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至
（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在____年
月____日____时前将原件递交至_____（详细地址）。

评标工作组负责人：_____（签字）

_____年____月____日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1、
- 2、
-

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	资格审查标准	资格审查标准及内容	详见投标人须知“5.4项”
2	形式评审标准	投标人名称	与营业执照名称一致
		投标函签字盖章	符合招标文件规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
3	响应性评审标准	投标内容	符合招标文件规定
		质保期	符合招标文件规定
		供货周期	符合招标文件规定
		投标有效期	符合招标文件规定

评分标准（A、B 标包）

评分因素		评分标准
报价部分（30分）	投标报价 30 分	以满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：价格得分保留两位小数。
技术部分（70分）	技术参数响应情况 40 分	根据各投标人提供的所投产品的检测报告、产品彩页、技术条款偏离表及厂家技术白皮书进行评审。产品的检测报告、产品彩页、技术条款偏离表与厂家技术白皮书不一致的，以厂家加盖公章的技术白皮书为准。完全满足或优于招标文件技术指标、参数要求的得 40 分；技术参数或配置要求出现负偏离的，每有一项扣 3 分，扣完为止。
	产品综合性能 10 分	根据各投标人所投标产品整体技术性能、产品配置、后期使用成本、产品稳定性、维护及其它因素等综合评分。产品整体技术性能明显优于招标要求、投标产品配置全面、后期使用成本低、产品使用稳定、易于维护的得 10 分。每出现一处弱势项扣 1 分，扣完为止。
	售后服务 5 分	评标委员会根据投标人的售后服务方案（包含售后维修网点、服务标准、响应时间、技术力量）的完善性、合理性进行评分，满分 5 分，每出现一处弱势项扣 0.5 分，扣完为止。
	实施方案 5 分	评标委员会根据投标人制定的具体实施方案（包括项目实施进度、质量保证措施）的完善性、合理性进行评分，满分 5 分，每出现一处弱势项扣 0.5 分，扣完为止。
	技术培训方案 5 分	有详细的培训方案，免费提供专业技术培训，为招标人培养合格的操作人员，工程师免费上门进行培训，培训方案与技术支持具体且根据项目实际情况有针对性，能够保证操作人员熟练使用的得 5 分，每出现一处弱势项扣 0.5 分，扣完为止。
	质保期 5 分	质保期在满足招标文件基本要求的情况下不得分，质保期年限每增加一年得 2 分，本项最高得 5 分。（非整机保修、非生产厂家保修，一概不得分。）

注：1、汇总评委成员得分时，以所有评委成员的算术平均值为该投标人的最终得分，评分分值计算保留小数点后两位。2、上述加分相关证件（原件扫描件）应附在投标文件中以供审查，否则不予认可。

政策性条款：

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库[2020]46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除15%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。需提供加盖公章的中小企业声明函原件扫描件做入投标文件中。否则不给予价格扣除。

2、投标人所报产品列入节能产品、环境标志产品品目清单以及具备处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的：

在价格评审时，对节能、环保产品分别给予价格加分，（加分=价格评标总分值×4%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

在技术评审时，对节能、环保产品分别给予技术加分，（加分=技术评标总分值×4%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

说明：

（1）本项计分以投标人提供的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人公章）为准，否则不给予价格评审。

（2）根据财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（2019）9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策，投标产品属于品目清单范围内的强制性采购的（政府强制采购产品是指财政部、发展改革委发布“节能产品政府采购品目清单”中以“★”标注的产品品目的政府强制采购节能产品。），投标人必须使用品目清单内的产品，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件无效。

注：投标人所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

1. 评标方法

本次招标项目采用综合评分法进行评审，评标委员会按初步评审和详细评审的程序对各投标人的投标文件进行分析和比较。由评标委员会根据综合得分的高低进行排序，并推荐前三名作为中标人候选人，不保证报价最低的投标人中标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”和资格审查标准中规定的有关证明和证件的原件以便核验。投标人不能及时提供或提供有缺失的，评标委员会有权否决其投标。评标委员会可以要求投标人提交有关证明证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

- (1) 第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (4) 不符合资质要求的任何一种情形的；
- (5) 投标文件有关内容未按招标文件规定签字、盖章的；
- (6) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
- (7) 投标人投标报价超出招标文件规定的招标控制价的；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标文件将被否决。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行计算；

3.2.2 报价偏离值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

3.5 定标

3.5.1 评标委员会按照综合得分由高到低对投标人进行排序并推荐前三名为中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式（参考）

政府采购合同书

（项目编号： ）

项目名称：

甲方（招标单位）： _____

乙方（中标单位）： _____

政府采购合同书

甲方（招标单位）：_____

乙方（中标单位）：_____

_____（项目名称）以公开招标方式进行采购。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、乙方投标文件
- 3、中标通知书
- 4、乙方在开标过程中做出的书面澄清或说明
- 5、本合同附件

二、工作内容（详细清单见附件）

序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价	总价	产地
1							
...							
合 计							—

三、合同综合总价：_____元

四、付款方式：_____

五、交货

1、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

2、供货周期：签订合同后_____天内供货安装调试完毕

3、交货地点：招标人指定地点

六、质量

乙方应保证所提供的设备是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，

完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的设备在正确安装，正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

乙方必须对产品质量全面负责，如因产品质量问题造成质量事故的，乙方必须承担一切经济法律责任。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求及报价范围

1、运输及相关费用由乙方承担。

2、报价应含安装、调试、运输装卸、配件和备品、技术支持、售后服务等全部费用。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如乙方由此为甲方所造成的一切损失由乙方承担。

十、验收

1、对项目的质量问题，甲方应在发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在5日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及开标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

2、该项目由甲乙双方共同验收，验收费用由乙方负担。项目达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，造成的一切损失由乙方承担。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在开标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务；

2、其它售后服务承诺。

十二、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章生效。

十三、违约条款

1、所供货物经验收达不到规定要求的甲方可拒付全部货款，为甲方造成损失的承担相应赔偿责任。

2、乙方延迟交付，每延迟 1 日，按 5000 元每日支付违约金；

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 10 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任；

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用；

6、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决；

7、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 30 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知政府采购办公室及另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报政府采购办公室审核后确定。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以向项目所在地人民法院起诉。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十七、合同保存

本合同一式 四 份，甲方 二 份，乙方 二 份。

甲方（招标单位）：

法定代表人或授权代表（签字）：

电话：

开户银行：

账 号：

乙方（中标单位）：

法定代表人或授权代表（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

年 月 日

第五章 招标内容和参数要求

A 标包：彩色超声诊断系统（1 台）

1、主要技术规格及系统概述：

1.1 高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1.1 彩色监视器：≥17 英寸高分辨率彩色显示器

1.1.2 触摸屏：≥17 英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

1.1.3 主机重量：≤7kg

1.1.4 电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥360 分钟

1.1.5 一体化的台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置

1.1.6 储物架带分区功能，储存分区可根据临床需求调整数量和大小。

1.1.7 台车支持电动升降，行程≥30cm。

1.1.8 台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。

1.1.9 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672

1.1.10 数字化高分辨率二维灰阶成像

1.1.11 谐波成像技术

1.1.12 彩色多普勒

1.1.13 能量多普勒（CDE/PDI），方向能量图

1.1.14 M 模式

1.1.15 脉冲波多普勒

1.1.16 实时血流三同步

1.1.17 血流的自动频谱包络分析测量

1.1.18 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7 线。

1.1.19 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

1.1.20 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

1.1.21 智能穿刺增强技术，线阵探头下穿刺针增强显影自适应调整，无需手动调节。

1.1.22 智能穿刺增强技术，凸阵探头下穿刺针有两种或以上颜色显示。

1.1.23 智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉、血管等。

1.1.24 自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和 PW 的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW 取样门位置、PW 取样线偏转。

- 1.1.25 智能一键图像优化技术：能优化 B 模式、彩色模式、频谱模式的图像。
- 1.1.26 极简模式：主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出，方便医生只关注图像或实施简单的操作。
- 1.1.27 专科麻醉应用软件包：必须包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP 这几种常用预设模式，方便医师进行图像观察。
- 1.1.28 教学录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并可以进行录制，录制后支持手机扫描二维码调阅原始视频。
- 1.2 测量和分析（B 模式，M 模式，多普勒模式，彩色模式）
 - 1.2.1 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）
 - 1.2.2 多普勒血流测量与分析
 - 1.2.3 全自动血流多普勒包络分析
 - 1.2.4 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：
 - 1.2.5 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现
 - 1.2.6 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
- 1.3 输入/输出信号及参考信号：
 - 1.3.1 输入：网络
 - 1.3.2 输出：HDMI， USB
- 1.4 图像管理与记录装置：
 - 1.4.1 大容量硬盘 $\geq 200G$
 - 1.4.2 图像可存储为 PC 兼容格式
 - 1.4.3 USB 接口支持打印和数据输出
- 1.5 云端互联功能
 - 1.5.1 支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能，无需下载 APP 即可使用。
 - 1.5.2 超声主机自带通讯模块，无需借助 wifi，即可支持实时远程超声会诊。超声设备上可显示 4G 网络模块。
 - 1.5.3 支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。

2、技术参数及要求：

2.1 探头规格:

2.1.1 频率: 探头频率范围 1.0-15.0MHz

2.1.2 配备探头频率达到 15MHz

2.1.3 支持探头类型: 凸阵, 线阵

2.1.4 线阵探头有效阵元 ≥ 192

2.1.5 凸阵探头上自带按键, 可远程操控主机

2.2 二维图像主要参数:

2.2.1 腹部凸阵探头频率 1.0-5.0MHz; 线阵探头频率 5.0-15.0MHz

2.2.2 扫描速率

凸阵探头, 18cm 深时, 全视野扫描帧率 ≥ 80 帧/秒

2.2.3 接收方式: 可视可调动态范围 ≥ 180

2.2.4 二维灰阶 ≥ 256

2.2.5 数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦, 数字式可变孔径及动态变速, A/D ≥ 13 BIT

2.2.6 电影回放: 灰阶图像回放 ≥ 16000 幅

2.2.7 预设条件: 针对不同的检查脏器, 预置最佳化图像的检查条件, 减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

2.2.8 根据专业手术室应用场景改良 TGC 分段 ≤ 3 段

2.2.9 谐波: 所选探头均支持脉冲反相谐波

2.2.10 扫描深度 ≥ 29 cm

2.3 频谱多普勒成像技术参数:

2.3.1 支持方式: PWD、HPRF

2.3.2 最大测量速度: PWD: 血流速度最大 9 m/s

2.3.3 CWD: 血流速度最大 38 m/s

2.3.4 最低测量速度: ≤ 3 mm/s (非噪声信号)

2.3.5 显示方式: B、B/PWD、B/HPRF、B/M、B/B、B/CFI/D

2.3.6 电影回放: ≥ 400 秒, Doppler 及 M 型电影回放时可以测量和计算

2.3.7 零位移动: ≥ 8 级

2.3.8 取样宽度及位置范围: 宽度 1 - 30mm; 分级;

2.4 彩色多普勒

- 2.4.1 显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示
- 2.4.2 支持二维、彩色、频谱三同步显示
- 2.4.3 彩色显示帧频：凸阵探头：18cm 深时，全视野彩色显示帧频 ≥ 8 帧/秒。
- 2.4.4 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围： $-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$
- 2.4.5 支持彩色取样框一键快速偏转，偏转角度 $-8^{\circ} \sim +8^{\circ}$
- 2.4.6 支持 PW 偏转角度快速偏转，偏转角度： $-60^{\circ} \sim +60^{\circ}$
- 2.4.7 显示控制：零位移动 ≥ 8 级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比
- 2.4.8 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图
- 2.5 安全和认证：经 CE、SFDA、FDA 认证
- 2.6 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple 输出功率独立可调

B 标包：内窥镜动力系统（1 台）

1、参数及配置

1.1、总体要求

1.1.1 搭配内窥镜使用，且仅用于软组织的绞碎或切除，不含骨组织或关节组织等硬组织清除（注册证范围）

1.1.2 内窥镜动力系统与搭配应用的宫腔内窥镜需由同一制造商生产，适配性最佳且便于售后维修

1.2、内窥镜用动力系统主机

1.2.1 额定电压和频率 AC220V，50Hz，防电击类型 I 类

1.2.2 刨削刀接口插拔式自锁连接，连接快速，即插即用

1.2.3 机身轻便，重量 $\leq 2.5\text{kg}$

1.2.4 低噪音，运行声音 $\leq 65\text{db}$

1.2.5 触摸显示屏，大尺寸， ≥ 3.5 寸

1.2.6 转速可调节，仅需调节转速 1 项参数

1.2.7 最大转速 $\leq 3000\text{r/min}$ ，转速最小调节间距 100r/min ，可调档数 > 10 档

1.2.8 屏幕可显示转速、累计运行时间及手术切除时间

1.2.9 自带超时预警功能，切割 50 分钟时预警

- 1.2.10 有时间复位键，开机状态下可随时重新计时
- 1.2.11 具有过载保护功能
- 1.2.12 兼容性佳，兼容 ≥ 2 种灌流吸引装置
- 1.3、切割手具
 - 1.3.1 手柄符合人体工程学设计，小巧轻便，便于握持
 - 1.3.2 手柄与切割刀管插拔式连接，快速更换切割刀管
 - 1.3.3 进口动力驱动，最大扭矩 $\geq 0.1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($100 \text{ m N} \cdot \text{m}$)
 - 1.3.4 直排式吸引通道，吸除组织更顺畅，吸引量 $\geq 400 \text{ mL/min}$
 - 1.3.5 切割刀管外径 $\geq 4.0 \text{ mm}$ ，工作长度 $\leq 320 \text{ mm}$
 - 1.3.6 超大切割窗口，窗口长度 $\geq 7 \text{ mm}$
 - 1.3.7 特殊打磨工艺，内外刀管切口更锋利
 - 1.3.8 切割模式仅设左右往复切割 1 种，无需转换其他模式
 - 1.3.9 手柄及刀管均可耐受高温高压及等离子灭菌
 - 1.3.10 内外刀管可拆卸分离，清洗消毒更彻底
 - 1.3.11 内外刀管均有闭合指示线
- 1.4、宫腔内窥镜及手术器械
 - 1.4.1 高清内窥镜，视向角 $\leq 12^\circ$ ，视场角 $\leq 70^\circ$ ，工作长度 $< 200 \text{ mm}$, 蓝宝石镜面
 - 1.4.2 可耐受高温高压及低温等离子消毒
 - 1.4.3 镜鞘一体，Y 型镜，直器械通道，适配硬性手术器械，还可配合手动旋切活检器、切割器及可重复刨削刀使用
 - 1.4.4 喙状的椭圆形外鞘，最大直径 $< 8 \text{ mm}$ ，器械通道 $\geq 4 \text{ mm}$
 - 1.4.5 双层密封塞设计，既可以保证高效旋切时更稳定，也避免术中发生漏水
 - 1.4.6 360° 可旋转进水口，镜体重量 $\leq 250 \text{ g}$
 - 1.4.7 出水通道可锁止设计，可以将出水通道锁定在镜体的任意角度，避免手术中滑落
 - 1.4.8 所配套手术器械，种类多样，包括抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳等 7 类 14 个型号
 - 1.4.9 手术器械为硬质器械，直径 $\geq 9 \text{ Fr}$ ，工作长度 $\geq 380 \text{ mm}$
 - 1.4.10 手术器械通体不锈钢设计，一体成型

2、配置要求

- 2.1. 刨削主机:1 台
- 2.2. 电源线 1 根
- 2.3. 脚踏开关 1 个
- 2.4. 电动刨削手柄 1 个
- 2.5. 刨削刀头（内刀 1 把，外刀 1 把） 1 套
- 2.6. 宫腔内窥镜 1 条
- 2.7. 单动平头剪刀 1 把
- 2.8. 单动尖头剪刀 1 把
- 2.9. 鳄鱼嘴钳 1 把
- 2.10. 双开弯钳 1 把
- 2.11. 组织勺钳 1 把
- 2.12. 二三齿钳 1 把
- 2.13. 宫内节育器置入/取出钳 1 把

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

项目编号：_____

标包：

投 标 文 件

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

联系方式：_____

_____年____月____日

一、报价部分

(一) 投标函

致_____ (招标人或招标代理机构):

根据_____ (项目名称) (项目编号) 的招标文件, _____ (姓名、职务) 代表投标单位_____ (投标单位名称、地址) 参加本项目_____ (标包) 招标的有关活动。据此函, 作如下承诺:

1. 同意在本项目招标文件中规定的有效期内遵守本投标文件中的承诺, 且在期满之前均具有约束力。

2. 具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的投标单位应当具备的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加此项采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

3. 具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4. 提供投标单位须知规定的全部投标文件。

5. 已详细审阅全部招标文件, 理解投标单位须知的所有条款。

6. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7. 接受招标文件中全部合同条款, 且无任何异议; 保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

8. 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求, 若有偏差, 已在投标文件中明确说明。

9. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标、中标后放弃的或未按规定签订合同的, 我方同意承担相应的法律责任及赔偿责任。

10. 愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11. 我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件, 确认无误。

12. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13. 与招标人和招标代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

投标单位名称(盖单位公章): _____

投标单位地址: _____

邮编: _____

电话: _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

联系电话: _____

日期: _____

(二) 开标一览表

投标人名称	
项目名称	
项目编号	
标包	
总报价（元）	大写： 小写：
供货周期	
质保期	
质量标准	
对招标文件的认同程度	

投标人名称(盖单位公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

(三) 报价明细表

项目名称:

项目编号:

标包:

单位: 元

序号	名称	型号	单位	数量	单 价 (元)	总 价 (元)	制造企业	品牌、产地	备注
1									
2									
...									
合计总价 (元): 大写:							小写:		

注: 1、各投标人请仔细核对报价明细表中的单项报价与合计总价, 且合计总价须与开标一览表一致。

2、以上格式作为参考格式, 投标人可以进行扩展。

投标单位名称(盖单位公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

二、资格审查资料

投标人基本情况表

投标人名称		法定代表人	
统一社会信用代码		邮政编码	
委托代理人		联系电话	
电子邮箱		传真	
上年营业收入		员工总人数	
基本账户开户行及账号			
备注			

附件 1：带有统一社会信用代码营业执照

附件 2：在“信用中国”网站中未被列入重大税收违法失信主体、未被列入失信被执行人，在“中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供打印的网页版（截图）并加盖单位公章

附件 3：法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证

法定代表人身份证复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书(委托代理人参加投标的)

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托 ____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件	法定代表人身份证复印件
-------------	-------------

投标人名称(盖单位公章)：_____

法定代表人(签字或盖章)：_____

委托代理人(签字或盖章)：_____

_____年____月____日

三、投标人实力情况

（由投标人自行编制）

四、商务条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明

说明：如有偏离，则必须注明“正偏离”或“负偏离”；无偏离的注明“无偏离”。

投标人名称(盖单位公章)：_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

日期：____年____月____日

五、技术方案

- (1) 投标人根据招标文件及评审标准自行编制，制定本项目技术方案。

附件：技术条款偏离表

序号	招标文件条款		投标文件条款		偏离情况
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

说明：按照第五章 招标内容和参数要求逐项填写技术条款偏离表，在偏离情况处注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称(盖单位公章)：_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

日期：____年____月____日

六、符合政府采购政策的证明材料

附件一：

中小企业声明函（货物）
（若不符合，则无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不需要填写此表）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（单位公章）

投标人法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件三：

监狱企业证明材料

（非监狱企业，则不需填写）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称：_____（单位公章）

投标人法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

七、投标人认为需要提交的其他资料

如：政府采购监督信用系统查询截图（菏泽政采信用管理系统信用星级和分数）